

ZERTIFIKAT

über antibakterielle Eigenschaften von Werkstoffen für das
Produkt

TitanProtect®-Beschichtung

der Firma

NADICO Technologie GmbH

Haus-Gravener-Str. 155

40764 Langenfeld

Das Produkt wurde gegen *Staphylococcus aureus* DSM 21979 (MRSA)

gemäß laboreigener SOP (3.5 QualiScreen)

erfolgreich als **antimikrobiell** geprüft
(≥ 99.9% Inhibierung des Tochterzellenwachstums)


Einzelheiten siehe Prüfbericht Nr. 1592 Rev 1 / 20130604-R0B-01-51

Proben: 7502805130022


Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt Teile oder Oberflächen aus dem
geprüften Werkstoff mit folgendem
Zeichen zu versehen



Nürnberg, 24.06.2013



Geschäftsführer



Laborleiter

QualityLabs BT GmbH, Neumeyerstraße 46a, 90411 Nürnberg

Der Erteiler des Zertifikates ist ein akkreditiertes und anerkanntes Prüflaboratorium für Medizinprodukte zur Prüfung antimikrobieller und adhäsiver Oberflächeneigenschaften von Werkstoffen.

Registernummer: D-PL-13335-01-00 / ZLG-AP-231.10.72

Kompetenznachweis nach Richtlinien 93/42/EWG, 90/385/EWG und DIN EN ISO/IEC 17025.